

ТАБЛИЦА 3. Режим предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения растворами средства "Медифокс-Дез".

Этапы обработки	Режим обработки							
	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Температура рабочего раствора, °C	Время выдержки*/обработки, мин.				
Средство								
Изделия медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним)								
Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов: - изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей	3	997	Не менее 18	15				
	5	995		15				
Мойка каждого изделия (в том же растворе, в котором проводили замачивание) с помощью ёрша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, мойка каналов изделий – с помощью шприца: - изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей	В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания		Та же	0.5				
				1				
Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется			5				
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется			0.5				

продолжение на следующей странице

Этапы обработки	Режим обработки					
	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Температура рабочего раствора, С°	Время выдержки*/ обработки, мин.		
	Средство	Вода				
Гибкие и жёсткие эндоскопы. Предстерилизационная (окончательная) очистка, Не совмещённая с дезинфекцией						
Замачивание эндоскопов (у не полностью погруженых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий	4	996	Не менее 18	15		
Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание	4	996	Та же	2		
ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:				3		
- инструментальный канал очищают щёткой для очистки инструментального канала				1		
- внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса	4	996	Та же	2		
- наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки				2		
ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:				1		
- каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки	4	996	Та же	2		
- каналы промывают при помощи шприца				2		
Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется			5		
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется			1		
Медицинские инструменты к гибким эндоскопам						
Замачивание инструментов при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении раствором полостей и каналов	4	996	Не менее 18	15		
Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание:	4	996	Та же	2		
- наружную поверхность моют при помощи щётки или тканевой (марлевой) салфетки				1.5		
- внутренние открытые каналы промывают при помощи шприца	4	996	Та же	2		
Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)				5		
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется			0.5		

*Время выдержки/время дезинфекционной выдержки: интервал времени, необходимый для дезинфекции объекта при температуре дезинфекции. [ГОСТ 20509-75]

